



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

1. Aplicare:

Planul de organizare și descriere scheme de încercări de competență IISPV SNAC se aplică schemelor IISPV-SNAC.01, IISPV-SNAC.02

2. Denumirea schemei de încercare de competență (SIC),

- **Determinarea contaminanților din hrană pentru animale, IISPV-SNAC.01**
- **Determinarea contaminanților din produse alimentare, IISPV-SNAC.02**

3. Tipul, scopul și obiectivele schemelor de încercări de competență pentru domeniul tehnic NUTRIȚIE ANIMALĂ ȘI CONTAMINANTI :

IISPV, în funcție de obiectivul schemei și de obiectul supus încercării de competență/produsul încercat furnizează următoarele tipuri de scheme de încercări de competență:

- SIC simultană, cantitativă bazată pe măsurare / determinare
- SIC simultană calitativă sau semicantitativă
- SIC simultană, pentru competențe interpretative
- SIC simultană, pentru competențe de identificare microscopică / morfologică
- SIC cu valoare de referință

4. Scopul și obiectivul/obiectivele SIC:

- Evaluarea performanței:** Asigurarea unei verificări externe că rezultatele unui laborator sunt corecte, fiabile și consistente, validând capacitățile de testare către terți și organisme de acreditare, identificând abateri sau erori. Verificarea capabilității tehnice a laboratoarelor desemnate să efectueze analiza probelor prelevate în control oficial pe domeniile de interes
- Comparație de performanță/Comparație între laboratoare:** stabilirea eficacității metodelor de încercare sau măsurare și a posibilității de a compara rezultatele încercării sau măsurării;
- Asigurarea validității rezultatelor:** Pentru a oferi o verificare independentă a sistemului de calitate și a rezultatelor încercărilor raportate, confirmând performanța satisfăcătoare sau semnalând zonele care necesită îmbunătățiri. Furnizarea unui plus de încredere celor care utilizează rezultatele încercării sau măsurării
- Managementul riscurilor/ Îmbunătățirea proceselor:** identificarea problemelor din laboratoare, care pot fi legate, de exemplu, de metodele de încercare sau măsurare, de eficacitatea instruirii și supervizării personalului sau de etalonarea echipamentelor. Ajuta laboratoarele să identifice și să rezolve probleme potențiale, în procedurile de încercare, echipamente sau instruirea personalului, înainte ca acestea să influențeze rezultatele
- Respectarea standardelor:** Pentru a îndeplini cerințele standardelor de acreditare (SR EN ISO/IEC 17025:2018) și pentru a construi încredere în rândul clienților, autorităților de reglementare și al laboratorului însuși.



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

- **Evaluarea metodei:** Pentru a valida metodele de testare/măsurare/încercare, a determina incertitudinea măsurătorilor și a caracteriza materialele de referință sau pentru a asigura consistența și comparabilitatea măsurătorilor între diferite laboratoare, sectoare sau regiuni.
- **Instruirea** laboratoarelor participante, pe baza rezultatelor SIC;

astfel încât schemele de încercări de competență, în funcție de domeniul de aplicare, să poată contribui la demonstrarea independentă a competenței laboratoarelor participante.

Schema IISPV- SNAC.01 urmărește să permită laboratoarelor să-și monitorizeze performanța și să o compare cu cea a colegilor lor și, de asemenea, să ofere participanților informații utile astfel încât să îi sprijine în identificarea anumitor probleme tehnice și metodologii legate de analiza/examinarea hranei pentru animale.

Laboratoarele pot utiliza rezultatele proprii și datele din SIC în mai multe moduri, cum ar fi:

- a) Identificarea problemelor de măsurare (ca instrument de management al riscului și de îmbunătățire a performanței): dacă rezultatul unui laborator într-o schemă IC indică o performanță nesatisfăcătoare, ar trebui să se inițieze un proces de investigare a potențialelor surse de eroare. Utilizarea IC poate fi considerată un instrument de management al riscului și de îmbunătățire a calității;
- b) Compararea Metodelor sau Procedurilor: participarea în SIC poate oferi o oportunitate de a compara rezultatele obținute de laborator folosind metode diferite (sau niveluri diferite de concentrație etc.) cu cele utilizate în mod normal de laborator, compararea metodelor noi, ca parte a procesului de validare;
- c) Compararea capacității analiștilor: laboratorul beneficiază de posibilitatea de a evalua capacitatea analiștilor săi, în funcție de performanța în SIC, iar dacă sunt disponibile mai multe OIC se poate compara capacitatea mai multor analiști, de ex. să evalueze repetabilitatea între analiști obținută de laborator comparativ cu datele publicate în raportul SIC. Schema IC ar putea, în unele cazuri, să permită raportarea rezultatelor de către mai mult de un analist;
- d) Compararea sistemelor analitice: rezultatele IC pot oferi o evaluare externă obiectivă a performanței relative a sistemelor analitice utilizate de laborator;
- e) Îmbunătățirea performanței: dacă laboratorul obține rezultate diferite de așteptări într-o IC, din analiza cauzelor se pot identifica oportunități de îmbunătățire pentru măsurătorile viitoare, de ex. instruirea suplimentară a analiștilor, adoptarea de metode noi sau modificate, îmbunătățirea controlului intern al calității datelor, modificarea echipamentelor, etalonarea sau înlocuirea acestora etc.
- f) Educarea personalului: unele scheme IC au un rol educațional cuprinzător pentru participanți și analiști individuali;
- g) Schimbul de informații cu furnizorul IC: după emiterea Raportului SIC/rundei SIC, laboratoarele au, de obicei, posibilitatea de a contacta FIC pentru a obține informații suplimentare despre rezultate sau recomandări privind posibila cauză a rezultatelor nesatisfăcătoare. Unii FIC organizează și „întâlniri ale participanților”, care pot oferi informații foarte utile pentru laboratoare;
- h) Inspirarea încrederii în personal, management și utilizatorii externi ai serviciilor de laborator
Performanța satisfăcătoare într-o SIC poate oferi personalului individual și managerilor lor



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

directi o încredere suplimentară. Utilizatorii externi ai serviciilor de laborator, inclusiv clienții lor și părțile interesate (de ex. organismelor de reglementare și organismelor de acreditare) de rezultatele măsurătorilor laboratorului, pot, de asemenea, să primească încredere suplimentară atunci când sunt informați că un laborator este dispus să își evalueze regulat performanța prin programe IC. Beneficiul clar pentru laboratoare este menținerea statutului lor ca organizații competente. Astfel IC este un instrument important pentru menținerea continuă a încrederii și îmbunătățirea performanței, indiferent dacă laboratorul trebuie sau nu să participe în IC în scopuri de acreditare;

- i) Incertitudinea de măsurare: Rezultatele laboratorului din participarea sa la IC pot fi folosite pentru a verifica incertitudinea măsurării evaluate: incertitudinea ar trebui să fie compatibilă cu dispersia rezultatelor obținute de laborator pe parcursul mai multor SIC/runde SIC. Dacă este utilizată aceeași metodă de toți participanții la schema IC, abaterea standard echivalează cu o estimare a reproductibilității și poate, în principiu, să fie utilizată în același mod ca deviația standard a reproductibilității obținută dintr-un studiu colaborativ, ca sursă de incertitudine în procesul de evaluare a incertitudinii de măsurare;
- j) Utilizarea OIC rămase din SIC în asigurarea validității rezultatelor/ control intern, ca o formă de material de referință, caracterizat. OIC ar putea fi considerate utile ca valori de referință interne pentru asigurarea validității rezultatelor/ control intern, instruirea/testarea analiștilor etc
- k) Verificarea performanței metodei În funcție de proiectul statistic, unele scheme IC, datele vor fi utile pentru determinarea preciziei (repetabilitatea și reproductibilitatea) sau a exactității comparative a metodelor utilizate în SIC, eventual cu informații suplimentare care pot fi obținute de la furnizorul IC.

5. Frecvența: Schema se derulează conform Programului mutianual organizare teste interlaborator al IISPV, cod F6-PG32

Informații detaliate, suplimentare, despre Schema IISPV- SNAC, inclusiv:

- modul de pregătire/producerea, controlul calității, depozitarea și distribuția OIC
- măsurandul/caracteristica/ caracteristicile de interes, inclusiv caracteristicile pe care participanții trebuie să le identifice, să le măsoare sau să le determine în SIC
- descrierea matricilor utilizate pentru OIC
- numar de esantioane (probe) si modul de codificare al acestora (numar de probe blank)
- depozitare după recepție, manipulare, execuție încercare/încercări/precauții mod de lucru, surse de erori majore potential implicate in testare
- metoda de referinta pentru analiza probelor OIC/tehnica de măsurare
- teste de omogenitate/stabilitate (unde este cazul)
- datele de expediere a runde și termenele limită de raportare,
- unitățile folosite pentru raportare și numărulde zecimale la care participanții ar trebui să raporteze rezultatele



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

- domeniul de valori/caracteristici așteptate (unde este cazul)/ intervalul de concentrație în care analitul poate fi prezent în materialul de testat, stabilite după efectuarea testelor de omogenitate
 - modul de calcul și exprimare a performanței individuale a laboratoarelor participante în SIC, modul de transmitere a datelor, rapoartelor intermediare, rapoartelor către participanți.
- vor fi transmise participanților împreună cu OIC/materialul/materialele de testat, prin adresă oficială.

6. Detalii despre materialul de testare/OIC:

- Majoritatea materialelor de testare sunt furnizate într-un format gata de utilizare.
- Materialele de testare s-ar fi putut așeza/sedimenta în timpul transportului. Laboratoarele trebuie să se asigure că materialele de testare sunt bine amestecate înainte de orice subeșantionare sau orice analiză.
- Unele eșantioane ar putea necesita un tratament prealabil înainte de utilizare, iar detaliile sunt prezentate în informațiile transmise împreună cu proba/probele testului.
- Condițiile de depozitare după primirea probei pot diferi de condițiile în care a fost transportată proba de testare/OIC

Notă: Materialele distribuite sunt cât mai apropiate posibil de cele analizate regulat, astfel încât rezultatele schemei să reflecte capacitatea laboratoarelor de a lucra în condiții de rutină

Parametrii testului încercării de competență sunt revizuiți continuu pentru a se asigura că îndeplinesc cerințele actuale de testare de laborator și reglementări.

În cazul în care se va considera oportun să se apeleze la subcontractare pentru unele aspecte ale schemei, de exemplu producția materialelor de testare/OIC, testarea omogenității și evaluarea stabilității OIC, subcontractarea este încredințată unui subcontractor competent, iar IISPV este responsabil pentru această lucrare. Activitățile subcontractate/externalizate vor fi declarate în raportul pentru schemă/runda schemei IISPV- SNAC.

Planificarea schemei, evaluarea performanței și autorizarea raportului final nu vor fi niciodată subcontractate.

7. Modul de stabilire a omogenității/stabilității, a valorii atribuite și a abaterii standard:

Loturi de materiale de testare/OIC sunt testate pentru omogenitate/stabilitate pentru cel puțin un parametru de testare acolo unde este considerat potrivit. Detalii despre testele de omogenitate efectuate și rezultatele sunt prezentate în raportul pentru schemă/runda schemei IISPV- SNAC.

Valoarea atribuită poate fi derivată în următoarele moduri:

- **Din media robustă (mediana) rezultatelor participanților (Med).**



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

Aceasta este mediana rezultatelor participanților după eliminarea datelor aberante, care nu sunt potrivite pentru evaluarea statistică, de exemplu erori de calcul și alte erori grosiere. În general, valoarea atribuită va fi setată folosind rezultatele tuturor metodelor, cu excepția cazului în care măsurarea este considerată dependentă de metodă, caz în care valoarea atribuită va fi stabilită pe metodă și indicată în raportul pentru schemă/runda schemei IISPV- SNAC.

Pentru unii analiți, unde există o metodă de referință recunoscută, aceasta poate fi folosită pentru valoare atribuită unui analitic anit si ar fi aplicată rezultatelor obținute de orice metodă.

Trasabilitate: Valorile atribuite care sunt derivate din rezultatele participanților sau un subset al rezultatelor nu pot fi trasabile la un standard internațional de măsurare. Incertitudinea valorilor atribuite în acest caz este estimată din rezultatele participanților, conform SR ISO 13528:2023.

▪ **Dintr-o valoare de formulare (Form).**

Aceasta reprezintă utilizarea unei valori atribuite derivate din detaliile despre pregătirea probei, unde au fost folosite cantități cunoscute și exacte de analit pentru pregătirea probei.

Trasabilitate: Valorile atribuite calculate din formularea probei de test/OIC pot fi urmărite, printr-un lanț metrologic neîntrerupt, la un standard internațional de măsurare. Incertitudinea de măsurare a valorii atribuite este calculată folosind contribuțiile fiecărei calibrări din lanțul de trasabilitate.

▪ **Dintr-o formulare calitativă (Form Qual).**

Această metodologie se aplică testelor/încercărilor calitative unde valoarea atribuită se bazează pur și simplu pe prezența/absența analitului în materialul de test/OIC.

Trasabilitate: Valorile atribuite calculate din formularea calitativă a materialul de test/OIC pot fi trasabile la un standard de referință certificat sau către o tulpină de referință microbiologică.

▪ **Dintr-un material de referință certificat (MRC).**

Valoarea atribuită analitului este obținută prin utilizarea valorilor de referință certificate (daca este utilizat un MRC) în matrice, la nivel de concentrație/ interval de valori așa cum sunt determinate prin metode de încercare sau de măsurare definitive (pentru încercări cantitative și calitative);

Avantajul este acela că este o metodă rapidă și simplă și oferă o valoare independentă de rezultatele participanților, iar trasabilitatea este furnizată în mod automat, dar dezavantajul principal constă în faptul că MRC-urile cu matrici naturale, de obicei, nu sunt disponibile în cantități suficiente și/sau la un cost potrivit pentru a fi utilizate în mod regulat în încercările de competență.

▪ **De la laboratoare de expert (Expert).**

Valoarea atribuită analitului este furnizată de un laborator "expert", de exemplu EURL.

Trasabilitate: Valorile atribuite furnizate de un laborator "expert" pot fi trasabile la un standard internațional de măsurare/Material de Referință Certificat, în funcție de laborator și de metoda folosită.



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

Incertitudinea măsurării pentru o valoare atribuită produsă astfel va fi furnizată de laboratorul care efectuează analiza (laboratorul "expert"). Detalii despre trasabilitate și incertitudinea asociată vor fi furnizate în raportul pentru schemă/runda schemei IISPV- SNAC

SD-SIC

SD-SIC reprezintă "abaterea standard pentru evaluarea competenței", care este folosită pentru a evalua performanța participanților în măsurarea fiecărui analit din materialul testului/OIC. Aceasta poate fi o valoare fixă (MRC, laborator expert, formulare calitativă), un procent (%) din valoarea atribuită sau bazată pe abaterea standard robustă a rezultatelor participanților, fie pe toate metodele, fie pe metodă, în funcție de dacă măsurarea efectuată sau de metodă (în acord cu metoda și metodologia de obținere a valorii atribuite)

Dacă o cerință de reglementare sau un obiectiv de adecvare pentru scopul propus este dat ca abatere standard, acesta poate fi utilizat direct ca σ_{pt} .

Dacă cerința sau obiectivul se referă la o eroare maximă permisă a măsurării, criteriul respectiv poate fi împărțit la limita de acțiune pentru a obține σ_{pt} .

O eroare maximă permisă prescrisă poate fi utilizată direct ca δE pentru utilizarea cu D sau D%.

Incertitudinea valorii atribuite.

Determinarea incertitudinii valorii atribuite depinde pe metoda de stabilire a valorii atribuite. Pentru calcul se au în vedere Ghidul ISO/IEC 98-3 oferă îndrumări privind evaluarea incertitudinilor de măsurare. Deasemenea Ghidul ISO 35 oferă îndrumări privind incertitudinea valorii atribuite pentru valorile proprietăților certificate. Criteriul de acceptare $u(x_{pt}) < 0,3\sigma_{pt}$

Atunci când valoarea atribuită este valoarea certificată a unui material de referință certificat utilizat ca element de testare a competenței, incertitudinea standard a valorii atribuite se derivă din informațiile privind incertitudinea valorii proprietății furnizate în certificat.

Atunci când valoarea atribuită este calculată pentru valoarea atribuită stabilită prin formulare (fortificare matrice cu MRC, dulutii etc) incertitudinea de măsurare a valorii atribuite este calculată folosind contribuțiile fiecărei etalonări din lanțul de trasabilitate. Modelul asociat pentru incertitudinea valorii atribuite poate fi exprimat după cum urmează:

$$u(x_{pt}) = \sqrt{u_{char}^2 + u_{hom}^2 + u_{stab}^2}$$

unde

$u(x_{pt})$ reprezintă incertitudinea standard a valorii atribuite;

u_{char} reprezintă incertitudinea standard datorată caracterizării;

u_{hom} reprezintă incertitudinea standard datorată diferențelor între elementele testului de competență (omogenitate)

u_{stab} reprezintă incertitudinea standard datorată instabilității în timpul perioadei de testare a competențelor.



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

Atunci când valorile atribuite sunt determinate printr-un studiu de comparație interlaboratoare cu laboratoare expert (de ex. EURL), incertitudinea este furnizată de acesta împreună cu valoarea atribuită, modul de calcul fiind descris în raport.

Atunci când valoarea atribuită este stabilită pe baza rezultatelor unui laborator expert, folosind o metodă de referință, cum ar fi, de exemplu, o metodă primară, metoda de referință utilizată este documentată, include calculul privind incertitudinea și trasabilitate metrologică documentată, adecvată pentru schema de IC. De regulă este utilizat un MRC în aceste cazuri. Laboratorul expert este acreditat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 pentru metode de referință utilizată.

Determinarea necesită efectuarea unui set de teste într-un singur laborator, pe elementele de testare a competenței și pe CRM, folosind aceeași metodă de măsurare și în condiții de repetabilitate. Valoarea atribuită se calculează cu formula:

$$x_{pt} = x_{CRM} + d_i$$

unde:

x_{CRM} este valoarea certificată a proprietății pentru CRM;

x_{pt} este valoarea atribuită pentru itemul testului de competență;

d_i este diferența dintre rezultatele medii pentru itemul testului de competență și CRM pe eșantionul i ; d este media diferențelor d_i .

Incertitudinea standard a caracterizării OIC este derivată din incertitudinea măsurătorii utilizate pentru atribuirea valorii. Această abordare permite stabilirea valorii atribuite într-un mod care este trasabil metrologic la valoarea certificată a CRM-ului, cu o incertitudine standard calculată folosind formula

$$u_{CRM} = \sqrt{u_{CRM}^2 + d_i^2}$$

Atunci când valoarea atribuită este derivată ca o medie robustă calculată utilizând rezultatele tuturor participanților incertitudinea standard a valorii atribuite x_{pt} poate fi estimată astfel:

$$s(x_{pt}) = 1,25 \times \frac{s^*}{\sqrt{p}}$$

unde s^* este abaterea standard robustă a rezultatelor.

(„rezultat” pentru un participant reprezintă media tuturor măsurătorilor sale pe elementul încercării de competență)

p = numărul de participanți

1,25 = Factor care se bazează pe abaterea standard a medianei sau pe eficiența medianei ca estimare a mediei, într-un set mare de rezultate provenite dintr-o distribuție normală



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

8. Modul de calcul și exprimare a performanței laboratoarelor participante în SIC

Pentru evaluarea performanței IISPV folosește metode de evaluare valide care satisfac obiectivele SIC. Metodele de evaluare sunt documentate în procedura generală PG 32 și includ o descriere a bazei de evaluare.

În funcție de numărul de participanți, matrice, tipul, scopul și obiectivele SIC, pentru evaluarea performanței se utilizează unul sau mai multe criterii, histograme, reprezentări grafice etc

- ✓ **Pentru un număr mare de laboratoare participante (> 10 laboratoare)** se aplică calculul scorului z

$$z = \frac{x - X}{s}$$

unde : x = valoarea laboratorului;

X = valoarea atribuită;

s = abaterea standard a mediei rezultatelor.

Valoarea atribuită se calculează ca media rezultatelor participanților.

Criterii de performanță: $|Z| \leq 2$ - Satisfacator (rezultat corect)

$2 \leq |Z| < 3$ - Discutabil (rezultat parțial – nivel de alertă)

$|Z| \geq 3$ - Nesatisfacator (rezultat incorect – nivel de acțiune)

- ✓ **Pentru un număr mic de laboratoare participante (< 10 laboratoare)**

Evaluarea performanței ILC cu un număr mic de participanți (<10) se bazează pe statistici robuste precum mediana/metoda Q în detrimentul mediei/SD-ului, cu o preferință puternică pentru utilizarea valorilor de referință externe (CRM) pentru a determina valoarea atribuită (xpt) în loc de valorile de consens.

calculul numărului E_n

$$E_n = \frac{x - X}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}}$$

unde : x = valoarea laboratorului;

X = valoarea atribuită;

U_{lab} = incertitudinea extinsă a rezultatelor participanților,

U_{ref} = incertitudinea extinsă a valorii atribuite de laboratorul de referință

Criterii de performanță: $|E_n| \leq 1$ - Satisfacator (rezultat corect)

- ✓ **Estimarea biasului laboratorului** – biasul laboratorului poate fi calculat ca diferență între valoarea laboratorului și valoarea atribuită OIC

Diferența, D, dintre rezultatul participantului și valoarea atribuită, este calculată fie ca diferență absolută, Di, fie ca procentaj din valoarea atribuită, Di %, folosind relația



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

$$D_i = x_i - x_{pt}$$
$$D_i \% = \frac{100(x_i - x_{pt})}{x_{pt}} \%$$

în care

x_i este rezultatul participantului i ;

x_{pt} este valoarea atribuită.

Performanța este în general evaluată în raport cu un criteriu de performanță, δ , ca valoare absolută sau procent, după cum urmează:

- rezultatul este satisfăcător și nu generează semnal când $|D_i| \leq \delta$ sau când $|D_i| \% \leq \delta \%$;
- rezultatul nu este nesatisfăcător și generează un semnal de acțiune când $|D_i| > \delta$ sau când $|D_i| \% > \delta \%$

✓ **Comparație vizuală și grafică** Reprezentarea datelor pe un grafic permite vizualizarea erorilor sistematice sau a deviației/abaterii fără a calcula un scor final. **Grafic de suprapunere a intervalelor:** Se crează un grafic simplu care să afișeze intervalul obținut din valoarea de referință $\pm U$. Peste acest interval se suprapune intervalul obținut din valoarea raportată de laborator $\pm U$

— rezultatul este satisfăcător și nu generează semnal când valoarea rezultatului Laboratorului se încadrează complet în limitele de incertitudine ale valorii atribuite|;

— rezultatul este discutabil și generează analiza riscului când valoarea rezultatului Laboratorului se încadrează parțial-în mare măsură în limitele de incertitudine ale valorii atribuite|;

— rezultatul nu este nesatisfăcător și generează un semnal de acțiune când valoarea rezultatului Laboratorului se încadrează parțial-în mică măsură sau nu se încadrează în limitele de incertitudine ale valorii atribuite|;

✓ **Utilizarea materialelor de referință certificate (MRC) în matrice**

Dacă numărul de participanți este redus și este disponibil un MRC în matrice cu un interval definit, este evaluată performanța laboratorului participant în SIC prin compararea valorii măsurate cu valoarea certificată conform notei IRMM 1:

dacă $\Delta_m \leq U_\Delta$ atunci nu există o diferență semnificativă între rezultatul laboratorului și valoarea certificată și rezultatul este satisfăcător.

Δ_m - diferența absolută între valoarea medie măsurată și valoarea certificată

U_Δ - incertitudinea extinsă a diferenței dintre rezultatul obținut și valoarea certificată

Adesea, un grup mic de laboratoare participante pot avea cerințe suficient de diferite încât un singur criteriu să nu fie adecvat. Scorurile zeta pot fi utile atunci când un obiectiv al schemei de testare a competenței este de a evalua capacitatea unui participant de a furniza rezultate apropiate de valoarea atribuită în limitele incertitudinii declarate. În astfel de cazuri se evaluează dacă rezultatele participantului în concordanță cu propriile incertitudini raportate și se utilizează o evaluare pe bază de două criterii. În acest scop, scorurile zeta (ξ) și E_n sunt adecvate. Scorurile se calculează astfel:



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

$$\xi_i = \frac{x - X}{\sqrt{u^2_{lab} + u^2_{ref}}}$$

unde : x = valoarea laboratorului;

X = valoarea atribuita;

u_{lab} = incertitudinea standard combinată a rezultatelor participantilor,

u_{ref} = incertitudinea standard combinată a valorii atribuite de laboratorul de referinta

Utilizarea scorurilor ξ permite evaluarea directă dacă laboratoarele pot furniza rezultate corecte, adică rezultate care sunt în concordanță cu xpt în limitele incertitudinilor lor de măsurare.

Criterii de performanță: ca la Scorul Z

calculul scorului Z

$$Z = \frac{x - X}{s}$$

unde : x = valoarea laboratorului;

X = valoarea atribuita;

s = abatere standard stabilita de furnizor.

De reținut: Valoarea stabilita de furnizor pentru abatere standard poate fi derivata din calculul testului de omogenitate dar nu mai mare decat valoarea corespunzatoare concentratiei de interes rezultata din estimarea prin ecuatia Horwitz.

Criterii de performanță: $|Z| \leq 2$ - Satisfacator (rezultat corect)

$2 \leq |Z| < 3$ - Discutabil (rezultat partial –nivel de alerta)

$|Z| \geq 3$ -Nesatisfacator (rezultat incorect –nivel de actiune)

metoda alternativa de calcul este prin utilizarea scorului Q care se bazeaza pe o valoare calculata a acuratetii relative (bias):

$$Q = \frac{x - X}{X}$$

unde : x = valoarea laboratorului;

X = valoarea atribuita

Criterii de performanță: Pentru scorul Q se considera rezultatele cele mai apropiate de 0, uzual cele cu $Q = 0.01-0.05$ sunt considerate satisfacatoare



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

scorul z' este similar cu scorul z , dar ține seama de incertitudinea valorii atribuite. Scorul z' ține seama de incertitudinea standard a valorii atribuite și este utilizat acolo unde incertitudinea standard a valorii atribuite este considerată a nu fi neglijabilă, ceea ce permite aceeași interpretare ca și pentru scorurile z tradiționale.

$$z_i' = \frac{x - \bar{X}}{\sqrt{s^2 + u(x)^2}}$$

unde : x = valoarea laboratorului;

\bar{X} = valoarea atribuită

$u(X)$ este incertitudinea standard a valorii atribuite.

s = abaterea standard pentru evaluarea performanței

Criterii de performanță: $|z'| \leq 2$ - Satisfacator (rezultat corect)

$2 \leq |z'| < 3$ - Discutabil (rezultat partial –nivel de alerta)

$|z'| \geq 3$ -Nesatisfacator (rezultat incorect –nivel de actiune)

Incercari calitative :In cazul incercarilor calitative efectuate pe baza unui singur esantion nu este necesar nici un calcul statistic.

Evaluarea se efectueaza pe baza compararii directe cu valoarea de referinta. In cazul incercarilor calitative efectuate pe baza unui numar de esantioane ≥ 5 interpretarea se va face astfel:

$$AC = \frac{PC + NC}{PC + PF + NF + NC} \quad SE = \frac{PC}{PC + NF} \quad SP = \frac{NC}{PF + NC}$$

Unde : AC=acuratetea (%),

SE=sensibilitatea (%),

SP=specificitatea (%),

PC= numar de rezultate positive,

NC=numar de rezultate negative,

PF=numar de rezultate fals positive,

NF=numar de rezultate fals negative

Criterii de performanță **SIC calitative si/sau semicantitative** :

- ◆ Nesatisfacator - in cazul in care nu a fost identificat parametrul respectiv
- ◆ Satisfacator - in cazul identificarii corecte a compusului



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

- în cazul identificării compusului și estimării

Pentru încercările calitative cu mai multe esanțioane vor fi considerate nesatisfăcătoare valori ale AC, SP și SE mai mici de 70%.

9. Criterii de evaluare a performanței combinate

9.1 Performanța poate fi evaluată pe baza a mai mult de un rezultat într-o singură rundă de încercare de competență. Atunci când, în cadrul SIC sunt transmise participanților mai multe OIC pentru un anume parametru/caracteristică, sau mai multe grupe/tipuri de parametrii conecși, pentru a furniza o evaluare mai cuprinzătoare a performanțelor, se poate efectua, suplimentar, o evaluare a performanței combinate. Pentru un număr n de obiecte supuse încercării de competență, un laborator participant primește Raportul de evaluare al rundei SIC cu un scor Z (de exemplu) și un scor al rundei încercării de competență, ca procent al rezultatelor „corecte” din numărul total de rezultate, determinat de următoarea formulă:

$$p(\%) = a / a + b + c \times 100$$

unde

a - numărul de rezultate cu „performanță satisfăcătoare”;

b - numărul de rezultate cu „performanță discutabilă”;

c - numărul de rezultate cu „performanță nesatisfăcătoare”

Performanță “SATISFĂCĂTOARE”: $P = 100\% - \geq 90\%$

Performanță “DISCUTABILĂ”: $P = < 90\% - \geq 80\%$ - Rezultat acceptat care reprezintă un semnal de alarmă.

Performanță “NESATISFĂCĂTOARE”: $P < 80\%$ - generează un semnal de acțiune.

9.2 În cazul în care se supun SIC metode multicomponent (spectrometrie de masă, cromatografie) și/sau mai multe probe, evaluarea globală, bazată pe algoritmul de mai jos care are în vedere două componente:

Etapa I Evaluare identificare compusi dintre cei analizați / Evaluarea analizei de screening, care se bazează pe identificarea compusilor și raportarea rezultatelor fals negative/positive:

Etapa I	punctaj
detectati	0,5
nedectati	0,5
fals negativ	0
fals pozitiv	-0,50



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

Etapa II Evaluarea scorurilor Z pentru compusii identificați /Evaluarea analizei de confirmare, care se bazează pe calcularea scorului.

Etapa II	punctaj
$ \text{scor } Z \leq 1$	2
$ \text{scor } Z \leq 2$	1
$3 < \text{scor } Z > 2$	0,5
$ \text{scor } Z \geq 3$	-1

- ✓ În cazul determinărilor calitative evaluarea se face doar pe baza punctajelor obținute conform etapei I:

Punctaj obținut = punctaj obținut la identificare

Punctaj maxim global = Punctaj maxim pentru identificare

Punctaj minim global = 2/3 din Punctaj maxim global

- ✓ În cazul determinărilor cantitative evaluarea se va efectua ținând cont de următoarea abordare:

Punctaj maxim pentru cuantificare = nr. compusi cuantificați x 2

Punctaj maxim global = Punctaj maxim pentru identificare + Punctaj maxim pentru cuantificare

Punctaj minim global = 2/3 din punctajul maxim global

Criteriu de acceptabilitate : punctajul obținut > Punctaj minim global

Evaluare globală: Dacă punctajul obținut se încadrează în criteriul de acceptabilitate stabilit acesta se consideră ca laboratorul a obținut o performanță satisfăcătoare, dacă nu, se consideră ca laboratorul a obținut o performanță nesatisfăcătoare.

10. Criterii care trebuie îndeplinite pentru participare:

Laboratoarele participante trebuie să utilizeze proceduri documentate, personal și metodele obișnuite în condiții de rutină, raportarea la timp și implementarea acțiunilor corective

11. Numărul și tipul laboratoarelor participante:

SIC se adresează LSVSA desemnate pentru control oficial, precum și altor laboratoare autorizate sanitar-veterinar sau care aparțin altor instituții ale statului. Participarea este condiționată de completarea formularului disponibil pe site-ul www.iispv.ro și transmiterea acestuia la adresa iispv@iispv.ro, cu cel puțin trei luni înainte de runda programată, conform prevederilor „Programului multianual” publicat pe site-ul www.iispv.ro

Numărul acestora se va regăsi în raportul pentru schemă/runda schemei IISPV- SNAC, identificată conform pct.2 din prezentul document.



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

12. Descrierea modului în care rezultatele și concluziile SIC sunt făcute publice

- ✓ Raport runda SIC , cod F5-PG32 transmis prin e-mail (semnat si inregistrat), în format PDF, laboratorului participant
- ✓ Raport runda SIC , cod F5-PG32 publicat pe www.iispv.ro (semnat si inregistrat) in sectiunea Teste interlaborator. Laboratoarele vor fi informate printr-o notificare pe e-mail cu privire la disponibilitatea rapoartelor pe site.

13. Resurse necesare

- ✓ Echipamentele de analiza si masura;
- ✓ Sistemele de calcul si prelucrare statistica
- ✓ Reactivi si etaloane utilizate in pregatirea si analiza esantioanelor
- ✓ Matricea necesara prepararii esantioanelor
- ✓ Recipienti si ambalaje corespunzatoare securizarii, pastrarii si transportului
- ✓ Elemente de birotica necesare pentru redactarea, printarea, multiplicarea documentelor

14. Personalul implicat în proiectarea și operarea schemei IC:

Director adjunct
Coordonator SIC
Sef serviciu;
Analiști;
Responsabil calcule statistice.

15. Tratarea rezultatelor din diferite metode de măsurare/încercare (când este permis de SIC)

-folosind instrumente statistice (precum scoruri Z, valori En), ținând cont de variațiile metodelor, urmărind comparabilitatea metrologică prin definirea performanței acceptabile în cadrul grupurilor specifice metodei
-stabilirea de valori atribuite, incertitudinile lor și statisticile rezumative pentru metodele de măsurare sau de încercare utilizate de fiecare grup de participanți

16. Măsuri pentru a preveni o înțelegere secretă între participanți sau falsificarea rezultatelor și procedurile care vor fi aplicate dacă se suspectează o înțelegere sau falsificarea rezultatelor

-atribuirea aleatorie a codurilor de laborator pentru fiecare rundă pentru a evita identificarea pe baza istoricului de participare
-solicitarea unei bune practici de laborator și deontologie profesională prin adresa oficială prin care sunt transmise informațiile către participanți



INSTITUTUL DE IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
PLAN DE ORGANIZARE ȘI DESCRIERE SCHEME DE ÎNCERCĂRII
DE COMPETENȚĂ
NUTRIȚIE ȘI CONTAMINANȚI- IISPV -SNAC

17. Interpretarea rezultatelor de către laboratoarele participante

Laboratoarele participante trebuie să analizeze evaluarea performanței și informațiile generale furnizate în raportul SIC/rundei SIC și să interpreteze performanța, evitând orice interpretări greșite sau exagerate, la fiecare rundă /în timp -pe mai mulți ani.

Interpretarea performanței , de regulă, implică toate nivelurile de management ale laboratorului, de la analist până la conducerea superioară.

În cazul performanței nesatisfăcătoare, dacă trebuie întreprinse investigații, acestea trebuie tratate în cadrul procedurii de activități neconforme din sistemul de management al laboratorului, orice performanță slabă trebuie luată în serios, deoarece poate indica faptul că există o problemă cu validarea și/sau asigurarea validității rezultatelor.

O performanță nesatisfăcătoare într-o SIC/rundă SIC nu indică obligatoriu că laboratorul nu este competent. Rezultatul trebuie evaluat, trebuie analizate cauzele și trebuie învățate lecții din el pentru a nu se repeta.

Totuși, o performanță nesatisfăcătoare constantă indică probleme majore cu procesul de măsurare al laboratorului și, în funcție de rezultatele analizei de risc, laboratorul ar trebui să ia o decizie care să fie în măsură să minimizeze impactul asupra clienților săi.

Sef serviciu:

Dr. Vlase Geanina Georgeta

Coordonatori SIC:

Ing. Chim.Pasata Aida Marilena

Dr. Munteanu Simona Ionela

Biochim. Burlacu Loredana Maria

Ing. Chim. Vasile Amalia Georgiana

Director/Manager FIC

Dr. Rodica NiculinaTănăsuică

Director adjunct

Dr. Horia Mircea Albu